

Bądkowo, dnia 15.01.2020 r.

Numer sprawy 1/2020

Dotyczy zapytania ofertowego:

„Zakup i dostawa 10 szt. opasek monitorujących SOS, kompatybilnego specjalistycznego oprogramowania wraz z obsługą telekomunikacyjną oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi oprogramowania”

W związku z otrzymanym zapytaniem Gmina Bądkowo wyjaśnia:

1. Czy usługa świadczona przez Centrum Telemedyczne ma być świadczona przez Ratowników w myśl ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ?

Świadczona usługa winna spełniać zapis art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

2. Czy w celu zweryfikowania przez Zamawiającego antyalergiczność produktu (Przedmiot Zamówienia pkt 3) wymagane jest przedstawienie spełnienia normy ISO 10993-5 i normy 10 993-10 w załączniku do oferty ?

Zamawiający nie wymaga w załączeniu do ofert przedstawienia wskazanych norm. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy przesłania odpowiedniego certyfikatu przed podpisaniem umowy.

3. Czy Zamawiający dopuszcza jedynie urządzenie z ładowarką USB ?

Zamawiający dopuszcza ładowarkę USB oraz ładowarką powszechną i łatwo dostępną.

4. Czy produkt musi spełniać normy bezpieczeństwa zgodne z dyrektywą 93/42/EEC potwierdzające medyczność produktu?

Zamawiający potwierdza produkt zgodny z Dyrektywa 93/42/EEC – wyrób medyczny.

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski